


CO₂プローブ GMP252 + ホストデバイス Indigo201(アナログ出力) 組合せオーダーフォーム



ステップ1: GMP252プローブ

項目		1	2	3	4	5	6	7	8
	CO₂プローブ								
	GMP252	1			0		0		1
1	プローブ	0...10000ppm (多孔質PTFEフィルタ付)	1						
		0...5000ppm (多孔質PTFEフィルタ付)	2						
		0...2000ppm (多孔質PTFEフィルタ付)	3						
		0...3000ppm (多孔質PTFEフィルタ付)	4						
		0...20000ppm (多孔質PTFEフィルタ付)	5	1					
3	温度補正	温度セットポイント 25°C※		A					
		内部補正※※		C					
4	圧力補正	圧力セットポイント 1013hPa ※			0				
5	バックグラウンドガス補正	バックグラウンドガスセットポイント 0%O ₂ , 0%RH※				A			
		バックグラウンドガスセットポイント 21%O ₂ , 50%RH※				B			
6	ケーブル	なし					0		
7	マウンティング	なし						N	
		マウンティングクリップ(2個入り)						C	
		マウンティングフランジ						F	1

※補正ポイント値はRS485通信を使用して設定可能

※※プローブ内蔵の温度センサを使用した補正。精度は典型値±3°C

ステップ2: Indigo201

項目		1	2	3	4	5
	ホストデバイス				A	0
1	ディスプレイ	なし	0			
		あり	1			
2	アナログ出力	4...20 mA		A		
		0...20 mA		B		
		0...1V		C		
		0...5 V		D		
		0...10 V		E		
		1...5 V		F		
3	ケーブル	なし			0	
		リモートケーブル 1m			1	
		リモートケーブル 3m			2	
		リモートケーブル 5m			3	
		リモートケーブル 10m			4	A 0