

温度データロガー DL1416 オーダーフォーム

| 項目 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|----|---------------|--|----------|--------|------------------|-----------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|--|
| | データロガー | DL1416 | | | | | | N | N | N | N | |
| 1 | データロガー | 製薬バリデーション対応 一般産業向け | VL SP | V S | | | | | | | | |
| 2 | 外付けプローブCh1 | 温度 ステンレスプローブ ケーブル長7.6m 温度 防水プローブ ケーブル長7.6m | | A B | | | | | | | | |
| 3 | 外付けプローブCh2 | 温度 ステンレスプローブ ケーブル長7.6m 温度 防水プローブ ケーブル長7.6m 接触入力チャンネル ケーブル長7.6m 接触入力チャンネル ケーブルなし | | | 1 2 3 4 | | | | | | | |
| 4 | 外付けプローブCh3 | 温度 ステンレスプローブ ケーブル長7.6m 温度 防水プローブ ケーブル長7.6m | | A B | | | | | | | | |
| 5 | 外付けプローブCh4 | なし 温度 ステンレス プローブ長7.6m 温度 防水プローブ ケーブル長7.6m 接触入力チャンネル ケーブル長7.6m 接触入力チャンネル ケーブルなし | | | | N 1 2 3 4 | | | | | | |
| 6 | 追加校正ポイント | なし 追加1点 / 追加ポイントユーザー指定 追加2点 / 追加ポイントユーザー指定 | | | | | N A B | | | | | |
| 7 | 校正間隔 | 12ヶ月(標準) | | | | | | N | N | N | N | |

測定範囲: -90~+50℃

校正ポイント: -90, -55, -20, +15, +50℃