VAISALA

2019

露点変換器(低露点計測用) DMT348 オーダーフォーム

項目			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	露点変換器 (パイプライン取付け用プローブタイプ)	**DMT340**	**8**		**0**	**C**													**1**					**A**	**0**
1	**変換器**	**DMT348**	8																						
2	プローブケーブル長	2m (232mmプローブ)		V																					
		5m (232mmプローブ)		W																					
		10m (232mmプローブ)		X																					
		2m (454mmプローブ)		1																					
		5m (454mmプローブ)		2																					
		10m (454mmプローブ)		3																					
		15m (454mmプローブ)※※		9	0																				
4	出力項目	露点/霜点, ppm, 混合比, 絶対湿度, 相対湿度, 温度, 露点, 大気圧下露点/霜点, 大気圧下露点, 標準気圧・温度下絶対湿度, 水蒸気圧, 飽和水蒸気圧, エンタルピー, 温度露点/霜点温度差 (温度範囲、0...+80℃の場合)				C																			
5	ディスプレイ	なし					**0**																		
		あり(キーパッドにより設定変更可能)					**1**																		
6	電源供給	DC電源用絶縁タイプ(10... 35VDC)						B																	
		AC電源用ユニット(100... 240VAC)						C																	
7	アナログ出力	4... 20 mA							1																
		0... 20 mA							2																
		0... 1V							3																
		0... 5 V							4																
		0... 10 V							5																
	アナログ出力項目	Ch3のアナログ出力 なし										**A**													
	Ch1-Ch3	露点/霜点(Td/f) -80…+20℃								B	B	**B**													
		露点/霜点(Td/f) -60…+20℃								C	C	**C**													
		露点/霜点(Td/f) -50…+50℃								D	D	**D**													
		温度(T) 0...+80℃								E	E	**E**													
		PPMv 0…1000ppm								G															
		PPMw 0…1000ppm								H															
		混合比(x) 0…30g/kg d.a.								J	J	**J**													
		相対湿度(RH) 0...100%RH								K	K	**K**													
	特別設定 項目:	Ch1 _____ Ch2 _____ (オプション)Ch_____								X	X	**X**													
	範囲:	Ch1 _____ Ch2 _____ (オプション)Ch_____																							
8		**Ch1**																							
9		**Ch2**																							
10		**Ch3(オプションがない場合はA)**																							
11	使用圧力設定	1bar											1												
		3bar											2												
		5bar											3												
		7bar											4												
		9bar											5												
	特別設定:	(max:40bar)											X												
12	単位	℃(摂氏)												A											
		℉(華氏)												B											
13	モジュール1	なし													0										
		リレー出力													1										
		RS485インターフェース													2										
		LANインターフェイス(RJ45 2mケーブル付き)													4										
14	モジュール2	なし														0									
		リレー出力														1									
		Ch3アナログ出力 **注)項目10でA以外を選択した場合は、選択要**														3									
15	ケーブルブッシング	ケーブルグランド(8...11mmケーブル用) *(214728SP)*															**1**								
	注)AC電源は	コンジットフィッティング NPT1/2″ *(214780SP)*															**2**								
	8ピンコネクターを	8ピンコネクター(5mケーブル付)															**3**								
	通せません	8ピンコネクター(ネジ端子付)															**4**								
16	変換器取付け用	なし																A							
	オプション	壁面取付け用プレート *(214829)*																B							
		ポール取付け用キット *(215108)*																C							
		レインシールド付ポール取付け用キット *(215109)*																D							
		DINレール取付け用キット *(215094)*																E							
17	**露点センサ**	**DRYCAP®180M**																	1						
18	センサ保護	焼結金属フィルター *(HM47280SP)*																		A					
	フィルター	真空用ステンレスフィルター *(HM47453SP)*																		B					
19	プローブ取付け用	フィッティングボディ R 1/2″ISO リークネジ付き *(ISOFITBODASP)*																			A				
	オプション	フィッティングボディ R 1/2″ISO リークネジなし *(DRW212076SP)*																			B				
		フィッティングボディ NPT 1/2″ リークネジなし *(212810SP)*																			C				
		フィッティングボディ 2個 R 1/2″ISO リークネジ付き+NPT 1/2′ *(THREADSETASP)*																			D				
		サンプリングセル *(DMT242SC)*																			E				
		スウェジロック付きサンプリングセル *(DMT242SC2)*																			F				
		パイプ取付け用ボールバルブセット *(BALLVALVE-1)*																			G				
		ダクト取付け用フランジ *(DM240FA)*																			H				
20	取扱説明書	なし																				**A**			
		英語 (英語または日本語、いずれか1部のみ無償、いずれも追加1部毎に¥3,000となります)																				**B**			
		日本語																				**J**			
21	PC用アクセサリー	なし																					0		
		サービスポート用RS232ケーブル※ + MI70LINKソフトウエア *(215005*																					2		
		サービスポート用USBケーブル※ + MI70LINKソフトウエア *(219916*																					4		
22	**校正**	**標準校正(英文校正証明書付)**																						A	0

※サービスポートは一時的な接続用のため、継続したご使用には適していません。

※※項目2で15mケーブル選択時、項目16でポール取付キット、レインシールド付ポール取付キットは選択できませんが、別途アクセサリとしてご注文いただけます。