VAISALA

ver.B

湿度温度変換器 HMT314 オーダーフォーム

項目			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	湿度温度変換器(高圧タイプ)	**HMT310**	**4**	**B**		**A**						**4**					**1**		**2**
1	変換器	HMT314	4																
2	出力項目	湿度+温度+露点+霜点+絶対湿度+湿球温度+混合比+エンタルピー+ppm+pw+pws		B															
3	取り付けプレート	取付プレート(72.5 x 115 mm)【推奨】			5														
		取付プレート(小)(48.5 x 115 mm)			6	A													
5	アナログ出力	4... 20 mA + RS232C※					**1**												
		0... 20 mA + RS232C※					**2**												
		1…5 V + RS232C※					**J**												
		0…5 V + RS232C※					**4**												
		0…10 V + RS232C※					**5**												
	アナログ出力	アナログ出力 なし						A	A										
	Ch1-Ch2	相対湿度(RH) 0...100 %RH						B	B										
		温度(T) (下記測定範囲の項目参照)						C	C										
		ppm 0…5000						J	J										
		水蒸気圧(pw) 0…1000 hPa						K	K										
		飽和水蒸気圧(pws) 0…1000 hPa						L	L										
		エンタルピー(h) -40…+1500 kJ/kg						M	M										
		露点(Td) -40…+100 ℃						N	N										
		露点/霜点(Td/f) -40…+100 ℃						P	P										
		絶対湿度(a) 0…500 g/m^3						Q	Q										
		混合比(x) 0…500 g/kg d.a.						R	R										
		湿球温度(Tw) 0...+100 ℃						S	S										
	特別設定 項目:	Ch1 _____ Ch2 _____						X	X										
	範囲:	Ch1 _____ Ch2 _____																	
6		**Ch1**																	
7	注:アナログ出力なしの場合は項目6,7共にAを選択してください。	**Ch2**																	
8	温度出力範囲	温度出力なし								A									
		-60…+60 ℃								B									
		-40... +60 ℃								C									
		-40... +120 ℃								D									
		-40…+180 ℃								E									
		-20... +60 ℃								F									
		-20…+80 ℃								G									
		-20... +120 ℃								H									
		0... +60 ℃								J									
		0…+100 ℃								K									
		0…+120 ℃								M									
	特別設定:	**注)**上記以外の温度範囲の場合、範囲を指定してください								X									
9	単位	℃(摂氏)									1								
		℉(華氏)									2								
10	ケーブルコネクタ	8ピンコネクタ(5mケーブル付)										**4**							
11	取扱説明書	なし											A						
		英語											B						
		日本語											D						
		英語または日本語、いずれか1部のみ無償、いずれも追加1部毎に¥3,000となります																	
12	プローブケーブル長	2m												E					
		5m												F					
		10m												G					
13	湿度センサ	HumiCap 180R (標準センサ)													A				
		HumiCap 180RC (標準センサ+コンポジットセンサ)													D				
		HumiCap 180V (過酸化水素滅菌用触媒センサ)													J				
		HumiCap 180VC (過酸化水素滅菌用触媒センサ+ケミカルパージ機能付)													K				
14	センサ保護	**ステンレスネット付PPSグリッド【推奨】**														A			
		PPSグリッド														B			
		焼結金属フィルター														C	**1**		
16	取付けキット	フィッティングボディ M22x1.5																K	
		フィッティングボディ NPT1/2																L	
17	校正	ISO 9001 適合校正 (英文校正証明書付)※※																	2

※RS232CでPCと接続する場合、8ピンコネクタケーブルとDサブ9ピンコネクタを組合わせる必要があります(要はんだ接続)

※※日本語の校正証明書を発行する場合は、日本で再校正を行うため別途費用と納期がかかります。